

Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kozuli
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 34 70
Regon 000296331 NIP 537-10-75-006
DPS.A.ZP.4.2020

Kozula, dn.29.09.2020 r.

Do wszystkich:
Wykonawców, zadających pytania
oraz do umieszczenia na stronie internetowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Dostawa sprzętu do sprzątnia i dezynfekcji, sprzętu medycznego i gastronomicznego do Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, Kozula 1, 21-500 Biała Podlaska** w ramach projektu pn.: "**Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej**" (ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588700-N-2020) W związku z pytaniami wykonawcy dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) poniżej wyjaśniam:

PYTANIE 1 – Dotyczy Część NR 2 – poz. 2 – lampa bakteriobójcza

Jaką ilość ozonu ma wytwarzać lampa UV? Wedle naszej wiedzy każda lampa UV wytwarza niewielką ilość ozonu, który jednak w takiej ilości nie ma właściwości dezynfekcyjnych. W celu skutecznej dezynfekcji zalecane jest użycie urządzenia 2w1 (generator ozonu + lampa UV) lub dwóch osobnych urządzeń.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający w Formularzu cenowym - sprzęt medyczny Część nr 2, w rubryce 3(Opis sprzętu - cechy użytkowe) , poz. 2 , wskazał minimalne wymagania dla danego sprzętu.

PYTANIE 2 – Dotyczy Część NR 2 – poz. 2 – lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu przetargowym dwufunkcyjną lampę UV-C (przepływową i bezpośredniego działania) na statywie jezdnym, która dezynfekuje powietrze (funkcja przepływowa) podczas pracy w otoczeniu ludzi oraz dezynfekuje powierzchnie podczas nieobecności człowieka (funkcja bezpośredniego działania).

Wyjaśnienie 2:

Jak wyjaśnienie 1.

PYTANIE 3 – Dotyczy Część NR 2 – poz. 2 – lampa bakteriobójcza

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne urządzenie, które posiada przepływową lampę UV-C (dezynfekującą powietrze), generator ozonu (0,5g/h), filtr HEPA oraz funkcję ujemnej jonizacji powietrza?

Wyjaśnienie 3:

Jak wyjaśnienie 1.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Kozuli
mgr Anna Skerczyńska